

ZP.271.1.32.2024

Zamawiający:
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

REGON NIP.....

Tel.

Adres poczty elektronicznej

FORMULARZ OFERTY

Dostawa aparatu do szybkiej diagnostyki chorób tętnic obwodowych PAD

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia SKŁADAM/Y OFERTEĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie jak niżej:

Dostawa fabrycznie nowego aparatu MESI ABPI MD wraz z zestawem kolorowych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze M (obwód 22-32 cm) i L (obwód 32-42 cm), oraz dedykowanym wózkiem/stojakiem z magnetyczną podstawką.

Specyfikacja techniczna

Wymiary: długość 223 mm; wysokość 174 mm; głębokość 86 mm; masa 1 kg

Wyświetlacz: 4,3” ekran LCD z 16-bitową paletą kolorów o rozdzielczości 480x272 pikseli, dotykowy.

Zasilanie: zasilacz AC/DC (FRIWO FW8030M/05 or FOX NEO30-XM), Napięcie wejściowe: 100–240 V AC /50–60 Hz/ 600-300 mA, napięcie wyjściowe: 5V DC / 3,0 A; akumulator litowo-polimerowy, pojemność 4400 mAh; tryb zabezpieczeń przeciwpożarowych: klasa II.

Rodzaj zabezpieczeń: Aparat powinien spełniać wymagania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.

Typy pomiarów: Wskaźnik kostka-ramię metodą oscylometryczną; Skurczowe ciśnienie krwi metodą oscylometryczną; Rozkurczowe ciśnienie krwi metodą oscylometryczną; Tętno metodą oscylometryczną.

Dostawa aparatu do szybkiej diagnostyki chorób tętnic obwodowych PAD

Tryby działania urządzenia:

- Tryb podstawowy służący do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI)

(wskaźnik kostkowo-ramienny na lewej kostce (Lewy ABI), wskaźnik kostkowo-ramienny na prawej kostce (Prawy ABI), wartość ciśnienia krwi we wszystkich kończynach (skurczowego (SYS), rozkurczowego (DIA), średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz tętno).

- Tryb dodatkowy umożliwiający niezależny pomiar ciśnienia krwi w tętnicy ramiennej (skurczowego (SYS), rozkurczowego (DIA), średniego ciśnienia tętniczego (MAP)) oraz tętna.

Inflacja i deflacja mankietów: automatyczny proces inflacji (pompa powietrzna) i deflacji (zawór elektromagnetyczny).

Zakres temperatury i wilgotności: środowisko robocze: 10-40°C, 30-80% względna wilgotność powietrza, ochrona IPX0; warunki transportowe: 0-40°C, 15-85% względnej wilgotności powietrza.

Zakres pomiarów: ciśnienie: 0-299 mmHg; tętno: 30-199 uderzeń na minutę.

Limit wartości błędu pomiarowego: ciśnienie: ± 3 mmHg; tętno: $\pm 5\%$ wartości; współczynnik kostka-ramię: $\pm 0,1$.

Łączność: Przesyłanie danych pomiarowych (urządzenie MESI – komputer) poprzez port USB typu C, który jest przeznaczony do podłączania urządzenia do komputera (za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu) celem przesłania danych pomiarowych.

Gwarancja na sprzęt min. 3 lata. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego w cenie.

Szkolenie z obsługi urządzenia Wykonawca przeprowadzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia, pod rygorem naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Urządzenie należy dostarczyć wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, protokołem kalibracji, deklaracją zgodności oraz adresami autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski dla zamawianego sprzętu.

Zamówienie wykonamy w terminie: do 26.02.2024 r. Miejsce dostawy:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec Plac Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec

Cena netto..... + VAT ...%.....zł = Cena bruttozł
Słownie brutto:

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zaproszenia i akceptujemy je.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

Dostawa aparatu do szybkiej diagnostyki chorób tętnic obwodowych PAD

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.
6. Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Ogrodzieniec, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Oświadczam, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dn.
/miejsowość, data /

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

¹ I rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

