

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa i montaż kriokomory

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Ogrodzieniec
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258842
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Wolności 25
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Ogrodzieniec
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 42-440
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** (32) 67-09-700, (32) 67-09-713
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ogrodzieniec.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00304571/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-08 10:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00301524/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kriokomory na potrzeby SP ZOZ w Ogrodzieńcu.
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć oraz

zainstalować przedmiot zamówienia w siedzibie SP ZOZ w wyznaczonym dniu, w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie, w skład którego wchodzi następujący zakres:

- a) dostawa i montaż urządzenia;
- b) przeszkolenie osób obsługujących urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i konserwacji;
- c) udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy liczonej od dnia uruchomienia urządzenia. Termin uruchomienia kriokomory jest uzależniony od przygotowania zbiornika z czynnikiem chłodzącym – ok. 3 miesięcy. O planowanym terminie uruchomienia urządzenia Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przez zamawiającego i zobowiązany jest w ustalonym terminie dokonać rozruchu kriokomory.

Zadaniem Wykonawcy będzie montaż urządzenia wraz z wykonaniem wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu przychodni oraz uzyskanie wszelkiej niezbędnej, tj. wymaganej przepisami prawa, dokumentacji odbiorowej możliwej do uzyskania bez podłączonego czynnika chłodzącego. Faktyczny odbiór potwierdzający prawidłowe działanie urządzeń zostanie dokonany po zapewnieniu przez Przychodnię zbiornika z czynnikiem chłodzącym.

3.2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie było fabrycznie nowe, modele wyprodukowane w 2021 r.;
- b) Zamawiający wymaga, aby urządzenie wydane było w oryginalnych opakowaniach producenta;
- c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało oznaczenie CE; spełniało wszystkie normy PN, posiadało wymagane świadectwa rejestracji oraz spełniało wymogi Ministerstwa Zdrowia i NFZ;
- d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:
 - kartę gwarancyjną;
 - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim;
 - wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
 - zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym;
 - specyfikę katalogową (handlową) urządzenia;
 - inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi ustawą o wyrobach medycznych).
 - protokoły wykonanych badań i pomiarów wymaganych przepisami;
 - dokumentację serwisową.

3.3 KRIOKOMORA - opis parametru lub funkcji urządzenia:

- a) 3-4 osobowa
- b) Charakterystyka techniczna komory kriogenicznej :
konstrukcja prefabrykowana, składająca się z komory właściwej wypełnionej izolacją termiczną; wewnątrz komory bezpieczne dla pacjenta; czynnik chłodzący ciekły azot; sterowanie automatyczne po zadaniu parametrów pracy;
Wymiary gabarytowe kriokomory: kriokomora dostosowana do indywidualnych warunków lokalowych. Wymiary pomieszczenia Zamawiającego: długość 3,37m; szer.3,65m; wysokość: 3m.

4. Medium schładzające, ciecz kriogeniczna:

- Ciekły azot

5. Znamionowe warunki pracy :

- a) temperatura otoczenia: 10 – 45oC

- b) rodzaj pracy: praca ciągła
- c) zasilanie: napięcie trójfazowe: 50-60 Hz
- 6. Parametry robocze kriokomory :
 - a) liczba pacjentów w komorze 3- 4 osoby;
 - b) zakres temperatury roboczej komory zabiegowej programowana: -80oC do -160oC co 5oC; c) czas zabiegu programowany.
- 7. Parametry eksploatacyjne :
 - a) stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej: +/-10° C;
 - b) czas schładzania kriokomory: 15-20 min.;
 - c) wskaźnik stężenia tlenu w komorze.
- 8. Sygnalizacja alarmowa w zakresie zbyt niskiego i zbyt wysokiego stężenia tlenu w komorze (sygnał dźwiękowy), automatyczne zamknięcie przepływu czynnika chłodzącego do komory.
- 9. Dane eksploatacyjne:
 - 1. Minimalna gwarancja: 24 m-ce.
 - 2. Przegląd techniczny urządzenia bez odrębnej zapłaty - w okresie gwarancji (nie mniej niż 1 x w roku lub określoną ilość cykli) w zależności od zaleceń producenta, z użyciem części zużywalnych niezbędnych do wymiany podczas przeglądu bez odrębnej zapłaty.

Po zmianie:

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kriokomory na potrzeby SP ZOZ w Ogrodzieńcu.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć oraz zainstalować przedmiot zamówienia w siedzibie SP ZOZ w wyznaczonym dniu, w godzinach od 8.00 do 14.00.
- 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 - 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie, w skład którego wchodzi następujący zakres:
 - a) dostawa i montaż urządzenia;
 - b) przeszkolenie osób obsługujących urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i konserwacji;
 - c) udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy liczonej od dnia uruchomienia urządzenia. Termin uruchomienia kriokomory jest uzależniony od przygotowania zbiornika z czynnikiem chłodzącym – ok. 3 miesięcy. O planowanym terminie uruchomienia urządzenia Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przez zamawiającego i zobowiązany jest w ustalonym terminie dokonać rozruchu kriokomory.

Zadaniem Wykonawcy będzie montaż urządzenia wraz z wykonaniem wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu przychodni oraz uzyskanie wszelkiej niezbędnej, tj. wymaganej przepisami prawa, dokumentacji odbiorowej możliwej do uzyskania bez podłączonego czynnika chłodzącego. Faktyczny odbiór potwierdzający prawidłowe działanie urządzeń zostanie dokonany po zapewnieniu przez Przychodnię zbiornika z czynnikiem chłodzącym.

3.2. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie było fabrycznie nowe, modele wyprodukowane w 2021 r.;
- b) Zamawiający wymaga, aby urządzenie wydane było w oryginalnych opakowaniach producenta;
- c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało oznaczenie CE; spełniało wszystkie normy PN, posiadało wymagane świadectwa rejestracji oraz spełniało wymagania Ministerstwa Zdrowia i NFZ;
- d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:
 - kartę gwarancyjną;
 - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim;

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym;
- specyfikę katalogową (handlową) urządzenia;
- inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi ustawą o wyrobach medycznych).
- protokoły wykonanych badań i pomiarów wymaganych przepisami;
- dokumentację serwisową.

3.3 KRIOKOMORA - opis parametru lub funkcji urządzenia:

a) 3-4 osobowa

b) Charakterystyka techniczna komory kriogenicznej :

konstrukcja prefabrykowana, składająca się z komory właściwej wypełnionej izolacją termiczną; wewnątrz komory bezpieczne dla pacjenta; czynnik chłodzący ciekły azot lub ciekłe powietrze; sterowanie automatyczne po zadaniu parametrów pracy;

Wymiary gabarytowe kriokomory: kriokomora dostosowana do indywidualnych warunków lokalowych. Wymiary pomieszczenia Zamawiającego: długość 3,37m; szer.3,65m; wysokość: 3m.

4. Medium schładzające, ciecz kriogeniczna:

- Ciekły azot lub ciekłe powietrze

5. Znamionowe warunki pracy :

a) temperatura otoczenia: 10 – 45oC

b) rodzaj pracy: praca ciągła

c) zasilanie: napięcie trójfazowe: 50-60 Hz

6. Parametry robocze kriokomory :

a) liczba pacjentów w komorze 3- 4 osoby;

b) zakres temperatury roboczej komory zabiegowej programowana: -80oC do -160oC co 5oC; c) czas zabiegu programowany.

7. Parametry eksploatacyjne :

a) stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej: +/-10° C;

b) czas schładzania kriokomory: 15-20 min.;

c) wskaźnik stężenia tlenu w komorze.

8. Sygnalizacja alarmowa w zakresie zbyt niskiego i zbyt wysokiego stężenia tlenu w komorze (sygnał dźwiękowy), automatyczne zamknięcie przepływu czynnika chłodzącego do komory.

9. Dane eksploatacyjne:

1. Minimalna gwarancja: 24 m-ce.

2. Przegląd techniczny urządzenia bez odrębnej zapłaty - w okresie gwarancji (nie mniej niż 1 x w roku lub określoną ilość cykli) w zależności od zaleceń producenta, z użyciem części zużywalnych niezbędnych do wymiany podczas przeglądu bez odrębnej zapłaty.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-12-14 10:00

Po zmianie:

2021-12-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

- . .

Przed zmianą:
2021-12-14 10:30

Po zmianie:
2021-12-15 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-01-12

Po zmianie:
2022-01-13