

ZP.271.2.28.2021

Ogrodzieniec 08.12.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Zamawiający:

Gmina Ogrodzieniec & Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Plac Wolności 25 Plac Wolności 23

42-440 Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec

informują, że w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż kriokomory wpłynęło pytanie Wykonawcy o treści jak niżej:

Dzień dobry,

Chciałbym zadać pytanie dot. Dostawy i montażu kriokomory.

Załącznik nr 4 do SWZ, specyfikacja techniczna, punkt 9. Czy zamawiający dopuści kriokomorę, w której czynnikiem chłodzącym będzie ciekłe powietrze?

Odpowiedź :

Tak, dopuści.

W związku ze zmianą jw. zmienia się opis przedmiotu zamówienia we wszystkich dokumentach postępowania oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP.

Zmianie ulega również termin składania ofert na dzień 15.12.2021 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy


Magdalena Sitek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy